

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：韩曙光	
	职称：副主任医师	
	工作单位：无锡市第二人民医院	
项目信息	项目名称：激发模块	
	供应商名称：南京度玛医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>支气管药物激发是以现有肺功能仪为基础，作为新增减测模块，必须和原系统信息和软件功能进行通讯，故在原有设备基础上进行升级。</p>	
专业人员签字	韩曙光	日期：2024.10.24

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



### 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：曹刚	
	职称：副主任医师	
	工作单位：洪泽县人民医院	
项目信息	项目名称：肺功能激发模块	
	供应商名称：南京度玛医疗技术有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>支气管药物激发模块，必须和现有肺功能检测主机相连接，从而达到节省肺功能仪费用，可以做到一台机器进行多个项目检测，故建议在原有肺功能仪的基础上升级激发模块。</p>	
专业人员签字	曹刚	日期：2024-10-25

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 陈晓	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 扬州市第一人民医院	
项目信息	项目名称： 支气管激发	
	供应商名称： 南京度玛医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>耶格激发是省内唯一正常开展激发项目的在用设备，具有准确性高、诊断标准规范，符合指南要求，是临床开展激发的唯一选择。</p>	
专业人员签字	陈晓	日期：

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

